


Sådan fungerer sterile engangstragte:



Tragten sættes på tragtadapter på manifold

Prøve hældes i og vakuum sættes på manifold

Den cylinderformede del af tragten fjernes

Sammen med låget kan underdelen danne en petriskål, som kan tilsættes dyrkningsmiddel fra bunden ELLER membranfiltret kan tages op og placeres i en petriskål med dyrkningsmedie.